


Technische Informationen gemäß DIN EN 149:2009

TESTS	TYPE FFP1	TYPE FFP2	TYPE FFP3
gesamte nach innen gerichtete Leckage	<22%	<8%	<2%
Durchlass des Filtermediums	<20%	<6%	<1%
Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft	<1%	<1%	<1%
Einatem-Widerstand 30 l/min	<0,6mbar	<0,7mbar	<1mbar
Einatem-Widerstand 95 l/min	<2,1mbar	<2,4mbar	<3mbar
Ausatem-Widerstand 160 l/min	<3mbar	<3mbar	<3mbar

Piktogramme und Kennzeichnungen (Produkt und Verpackung)



Temperaturbereich der Lagerbedingungen

maximale relative Feuchte der Lagerbedingungen



siehe Informationsbroschüre des Herstellers



Markenzeichen des Herstellers (LOGO)

DIN EN 149:2009

angewandte Norm

CE Kennzeichnung

CE 0086